


Campo Cirúrgico com 4 cantos (retangular)



Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências Clínicas – *Clinical Skills Lab* (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.

- Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
- Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
- Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas.

Este trabalho está sobe licença da - *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*.



© Universidade de Bristol, 2022

Ano do grupo: 3ºano +



University of
BRISTOL



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA



faculdade
de medicina veterinária

**Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular**

Equipamento para este posto/estação:

- Cão modelo (peluche), utilizado em decúbito dorsal com lesão fictícia a nível ventral
- 4 Panos de campo (estéreis)
- 4 Pinças de campo (por exemplo: Backhaus)

Considerações para este posto/estação:

- Tenha cuidado com os seus dedos/mãos ao aplicar as pinças de campo

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.



1
Segure dois cantos do pano de campo, deixando-o cair à sua frente. Não o deixe tocar no seu corpo (a menos que esteja a utilizar uma bata esterilizada) ou em qualquer outra estrutura não estéril.



2
Dobre a parte superior do pano de campo para o lado oposto ao seu corpo, criando um bordo limpo.



3
Com os polegares no lado do pano de campo mais próximo do seu corpo, enrole-o em torno de cada uma das suas mãos, protegendo-as assim de tocar acidentalmente numa parte não estéril do paciente.



4
Cubra sempre em primeiro lugar o lado do paciente mais próximo do seu corpo, desta forma protegerá a sua bata de tocar na mesa não estéril.



5
O pano de campo deve ser movido ("flutuando") sobre o corpo do paciente, e o bordo dobrado colocado a uma distância adequada da linha de incisão pretendida. Não arraste o pano sobre as áreas não estéreis do corpo do paciente. Ajuste apenas minimamente o pano de campo depois de o colocar sobre o paciente. Se o pano precisar de ser ajustado, só deve ser movido numa única direção: AFASTADO da área cirúrgica estéril e NUNCA em direção à área estéril.






7
Repetir o processo (Passos 1-6) com o segundo pano de campo - colocá-lo em ângulo reto (90 graus) em relação ao primeiro pano.



8
Fixar os panos de campo ao paciente utilizando uma pinça de campo, esta deve ser colocada na intersecção dos dois panos. Num paciente real/vivo, lembre-se que este é o primeiro estímulo doloroso, pelo que é sensato (recomendado) informar o anestesista que está prestes a fazer a fixação da pinça.



9
Colocar a pinça de campo por baixo do pano superior, de forma a mantê-la fora do "caminho" (e evitar que o fio de sutura se enrole em torno da pinça por acidente).



10
11
Repetir o processo com o terceiro pano, colocá-lo em ângulo reto em relação ao primeiro, no extremo oposto da área estéril ao segundo pano.



12
Fixar os panos de campo ao paciente utilizando uma pinça de campo (isto evita que os panos se desloquem ou se desajustem).



Ao colocar o pano final, pode dirigir-se ao outro lado da mesa e colocá-lo, ou esticá-lo (de forma a “flutuar”) para o outro lado (como ilustrado acima). Tenha cuidado para não contaminar o pano tocando em algo não estéril (por exemplo, material ou outro membro da equipa).

Após a conclusão da colocação dos panos, haverá um local cirúrgico de tamanho apropriado rodeado por panos de campo esterilizados fixos/presos por pinças de campo (que foram todas arrumadas “escondidas” para não interferir no procedimento cirúrgico).

1. Solte todos os panos de campo (4), abrindo/desapertando as pinças
2. Dobre cada pano de campo
 - a) Em modelo concertina



- b) Depois dobrar as extremidades para que o pano fique em terços



3. Guarde as 4 pinças de campo juntas, no tabuleiro/bandeja para o efeito
4. Guarde os 4 panos de campo juntos (em pilha), juntamente com as pinças

Estação pronta para o próximo docente/aluno



Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.

- Lembre-se da sequência da colocação dos panos de campo: comece pelo lado próximo (mais próximo do seu corpo), depois coloque os panos em cada extremidade, e por fim no lado mais distante.
- Se um pano de campo necessitar de ser ajustado, afaste-se apenas da área estéril, não para ou sobre ela.
- Quando colocar as pinças de campo, agarre o suficiente, mas não uma quantidade excessiva de pele - esteja atento ao paciente.